



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA
ESTADO DE MINAS GERAIS

OFÍCIO nº: 050/2019
ASSUNTO: Resposta (Faz)
SERVIÇO: Gabinete do Prefeito

Natércia, 02 de Abril de 2019.

Ilustríssimos Senhores,

Cumprimentando-os cordialmente, vimos por meio deste, responder o requerimento nº 003/2019 encaminhado pelo ofício nº 020/2019 desta Casa. Para tanto temos a informar o seguinte:

O funcionamento seguro de um aparelho de Raio X requer inúmeras etapas, que não podem ser ignoradas pelo grau de periculosidade que demanda, e é exigido pelo Regulamento Técnico da Secretaria de Vigilância Sanitária.

A sala de Raio X da UBS "Coronel José Goulart Santiago Brum" se encontra na etapa final de adequação, aguardando a emissão do laudo radiológico que ficou a cargo da empresa vencedora da licitação (Prime Radioproteção).

A empresa realizou a primeira visita em 21 de Janeiro de 2019, onde o responsável pela avaliação concluiu que a instalação não estava segura sob o ponto de vista de proteção radiológica.

Então, foi solicitada a substituição do biombo móvel – que já se encontrava na sala – por um biombo de alvenaria que possuísse no mínimo 2,10 m de altura.

A Prefeitura procedeu à construção do biombo, porém estamos aguardando a compra do material necessário para o término do mesmo (argamassa baritada e visor). No entanto, conforme sabido, a compra de qualquer item pela prefeitura deve se dar mediante processo licitatório, o que demandará certo tempo até a efetiva entrega dos materiais necessários ao término do biombo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Informamos que a Prefeitura dispõe de servidor efetivo, devidamente credenciado no órgão competente para iniciar as atividades e a sala de Raio X se encontra com todas as certidões e materiais de insumos para o seu perfeito funcionamento, conforme demonstra documentos anexos.

Ressaltamos ainda que a aquisição de qualquer material para o funcionamento e manutenção do aparelho está sendo feita através de recursos próprios.

Portanto, é o presente para esclarecer que assim que sejam fornecidos os materiais que faltam para o término do biombo (argamassa baritada e visor) a sala de Raio X passará por nova inspeção, momento em que esperamos que seja devidamente aprovada para início das atividades.

Sem mais para o momento, reitero protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

FERNANDA MENDONÇA RODRIGUES

Diretora Hospitalar

ALEXANDRA REGINA GOULART SILVA

Secretária Municipal de Saúde

CRISTIANO ANTÔNIO CAETANO JUNHO

Prefeito Municipal

Exmo. Sr.

Leonardo Barreto da Silva

Presidente em exercício da Câmara de Vereadores

Natércia-MG